

四川省药品监督管理局 通告

2018 年 第 3 号

关于发布 2018 年医疗器械监督抽检结果的通告 (第二期)

为加强医疗器械质量监督管理，保障医疗器械产品使用安全有效，原四川省食品药品监督管理局组织对一次性使用便携式输注泵 非电驱动、一次性使用无菌手术膜、一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用静脉血样采集容器、医用脱脂纱布、天然胶乳橡胶避孕套、手术刀片、医用电气设备、碱性磷酸酶测定试剂盒等10个品种422批产品进行了质量监督抽检，现将抽检结果予以通告（见附件）。

针对发现抽检项目不符合标准规定的产品，四川省药品监督管理局责成有关市（州）食品药品监督管理局对相关企业依法进行调查处理，督促企业及时召回产品、查明不合格原因、落实整改措施、主动公开信息，并将调查处置情况及时向社会公开。

有关市（州）食品药品监督管理局于2019年1月11日前将调查处置情况上报省药品监督管理局。

附件：1.医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

2.医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单



附件1

医疗器械抽检项目符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
碱性磷酸酶测定试剂盒（3 批）							
1	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号:1117061 生产日期:20171127	试剂 1 90ml×2 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号:1117071 生产日期:20171130	试剂 1 90ml×2 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP 底物-AMP 缓冲液法）	四川新健康成生物股份有限公司	四川新健康成生物股份有限公司	生产批号:0418011 生产日期:20180412	试剂 1 60ml×3 试剂 2 45ml×1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
天然胶乳橡胶避孕套（19 批）							
1	天然胶乳橡胶避孕套	KAREX INDUSTRIES SDN.BHD	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产批号:17N3689 生产日期:201709	标称宽度: 52mm±2mm 型号: 颗粒型	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂）	攀枝花合鸿商贸有限公司	生产批号:YJ1705 生产日期:2017.05	类型: 光面型 标称宽度: 52mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	天然胶乳橡胶避孕套	晋江市康乐乳胶用品有限公司	泸州市新永宁药业有限责任公司	生产批号:17070322A 生产日期:20170703	型号: 光面型 长度≥160mm 规格: 52mm±2mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松浦乳胶（锦州）有限公司	泸州金伟医药有限公司	生产批号:861787ZH 生产日期:201709	类型: 浮点螺纹组合型 标称宽度 52±2mm 长度≥160mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
5	天然胶乳橡胶避孕套	广州万方健医药有限公司	上药控股泸州有限公司	生产批号:BW8011 生产日期:2018年01月	光面型 标称宽度: 52mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	天然胶乳橡胶避孕套	高平市丹阳橡胶制品有限公司	泸州宝光医药有限公司	生产批号:17022622 生产日期:201702	规格: 长度 $\geq$ 160mm 标称宽度: 52 $\pm$ 2mm 型号: 非光面型(束腰型)	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品有限公司	德阳市罗江区白马关镇卫生院	生产批号:16099405 001	标称宽度: 52mm 类型: 光面型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶(锦州)有限公司	四川省广汉市吉昌药业有限公司	生产批号:70828 G 生产日期:2017 08	标称宽度: 52 $\pm$ 2mm 长 度 : $\geq$ 160mm 类型: 光面型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	天然胶乳橡胶避孕套	海氏海诺乳胶(青岛)有限公司	四川郎中医药营销有限公司	生产批号:G171013 生产日期:2017/10	产品型号: 光面型 产品规格: 标称宽度: 52mm $\pm$ 2mm	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品有限公司	绵阳保康林大药房连锁有限责任公司	生产批号:17L06 生产日期:2017.06	标称宽度: 52mm 类型: 螺纹型	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	攀枝花金利医药贸易有限公司	生产批号:7094 生产日期:20170902	宽度: 52 $\pm$ 2mm 螺纹型	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	天然胶乳橡胶避孕套	天津中生乳胶有限公司	攀枝花合鸿商贸有限公司	生产批号:1703262 生产日期:2017.03	规格: 标称宽度 52mm 型号: 光面型	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	天然胶乳橡胶避孕套	湛江市汇通药业有限公司	四川省仁祥药业有限公司	生产批号:7052 生产日期:20170515	宽度: 52 $\pm$ 2mm 光面型	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
14	天然胶乳橡胶避孕套	优丽达斯（张家港） 乳胶制品有限公司	四川省仁寿县中 药材有限公司	生产批号:U8A604 生产日期:2018 01	52±2mm 光面（平 面型）	仁寿县食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
15	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品 有限公司	四川仁寿科伦医 药贸易有限公司	生产批号:17G03 生产日期:2017.03	标准宽度: 52mm 类型: 光面型	仁寿县食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
16	天然胶乳橡胶避孕套	广州双一乳胶制品 有限公司	绵阳正和祥药业 连锁有限公司	生产批号:G1711SA 生产日期:2017.10	标称宽度: 52mm 标准长度: ≥170mm 型号: 光面型	绵阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
17	天然胶乳橡胶避孕套	东洋松蒲乳胶（锦 州）有限公司	四川鑫港湾药业 有限公司	生产批号:80201 Z 生产日期:201802	宽度:52±2mm 长度≥160mm 浮点螺纹组合型	内江市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
18	天然胶乳橡胶避孕套	SURETEX LIMITED	四川省福仁堂大 药房连锁有限公 司	生产批号:17048TB 生产日期:2017/04	标称宽度 52mm 光 面	广元市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
19	天然胶乳橡胶避孕套	广东汇通乳胶制品 有限公司	青神县妇幼保健 院	生产批号:16102602	标称宽度:52mm 类型: 光面型	青神县食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
手术刀片（1 批）							
1	无菌手术刀片	上海联辉医疗用品 有限公司	四川友谊医院	生产批号:2R1103 生产日期:2016.11.18	15	成都市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
一次性使用便携式输注泵 非电驱动（19 批）							
1	一次性使用便携式输 注泵	北京科联升华医疗 科技有限公司	资阳市第一人民 医院	生产批号:170918	50-16/20（CBI）	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
2	一次性使用便携式输注泵	北京科联升华医疗科技有限公司	达州市中心医院	生产批号:171222	50-8/12(CBI)	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用便携式输注泵	北京科联升华医疗科技有限公司	四川鹭燕容汇医药有限公司	生产批号:171206	50-2/8 (CBI)	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用便携式输注泵	江苏亚光医疗器械有限公司	四川省骨科医院	生产批号:20180206 生产日期:2018年02月06日	规格型号: ZT-Z/5-B 充装容量: 300ml 标称容量: 275ml 标称流量: 5ml/h 自控给液剂量: 0.5ml/次 自控给液时间: 15min	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	攀枝花市中西医结合医院	生产批号:1711004 生产日期:2017/11/04	型号:CBI+PCA 标称容量: 200ml 标称流速: 2/3/4/5ml/h 标称自控给液量: 0.5ml 标称自控给液再充装时间: 15min	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	会理县人民医院	生产批号:1710018 生产日期:2017/10/18	型号:CB1+PCA 标称容量: 100ml 标称流速: 2/3/4/5ml/h 标称自控给液量: 0.5ml 标称自控给液再充装时间: 15min	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
7	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	扬州洋生医药科技有限公司	内江市第一人民医院	生产日期:20180103	型号:持续+自控型 (CBI+PCA) 规格: 2ml/h 标称容量: 100ml 标称流量: 2ml/h 标称自控给液量: 0.5ml/次	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	华蓥市人民医院	生产批号:1712009 生产日期:2017/12/09	型号:CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2ml/h	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用便携式输注泵 非电驱动	河南驼人医疗器械集团有限公司	宜宾市翠屏区妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:1709028 生产日期:2017/09/28	型号:CBI 标称容量: 100ml 标称流速: 2/3/4/5ml/h	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用手术薄膜	浙江康力迪医疗用品有限公司	泸县人民医院	生产批号:16072201 生产日期:20160810	15×35cm 眼科专用	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用输注泵	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	广元市中医医院	生产批号:批 180206 生产日期:20180206	型号: SZB-CBL+PCA 规格: 150ml 20ml/h 自控给液量: 0.5ml/次 自控给液再充装时间: 15min 有效输注量: > 90% 标称容量: 150ml 标称流量: 2.0ml/h	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用输注泵	WOO YOUNG MEDICAL CO.,LTD.	乐山市人民医院	生产批号:CDHII11 生产日期:2017年09月04日	COO20MD 容量: 100mL 流速: 2.0mL/h	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
13	一次性使用输注泵	江苏省华星医疗器械实业有限公司	蓬安惠民医院	生产批号:20170109 生产日期:20170109	规格型号: CBI (持续给液型) 标称流量:2ml/h 标称容量:100ml	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用输注泵	江苏省华星医疗器械实业有限公司	仁寿县人民医院	生产批号:20180104 生产日期:20180104	规格型号:CBI-PCA(持续给液+自控给液型) 标称流量: 2ml/h 标称容量: 100ml 自控给液剂量: 0.5ml/次 自控给液间隔时间: 15min	仁寿县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用输注泵	扬州市双菱医疗器械有限公司	绵阳华信医疗器械有限责任公司	生产批号:20180118 生产日期:2018年01月18日	规格型号: 自控 (CBI+PCA)型 标称流量: 2ml/h 标称容量: 100ml	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	一次性使用输注泵	河南医仁医疗器械有限公司	中江惠民中西医结合医院	生产批号:180118 生产日期:2018年01月24日	型号:CB1+PCA 容量: 100ml 流量: 2ml/h 有效输注量: ≥85% 自控给液剂量: 0.5ml 自控给液间隔时间: 15min	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用输注泵	江苏亚光医疗器械有限公司	平昌县人民医院	生产批号:20170911 生产日期:2017年09月11日	规格型号: ZT-P/3-A 充装容量: 160ml 标称容量: 150ml 标称流量: 3ml/h	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
18	一次性使用输注泵	江苏亚光医疗器械有限公司	雅安市名山区人民医院	生产批号:20171031 生产日期:2017年10月31日	规格型号: ZT-Z/2-B 充装容量: 110ml 标称容量: 100ml 标称流量: 2ml/h 自控给液剂量: 0.5ml/次 自控给液时间: 15min	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用输注泵	江苏华泰医疗器械有限公司	宜宾市星合益医疗用品有限责任公司	生产批号:20170613 生产日期:20170613	持续给液(CBI) 充装容量: 110ml 标称容量: 100ml 标称流量: 2ml/h	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用无菌手术膜 (19 批)							
1	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	绵阳市中心医院	生产批号:20180319 生产日期:20180319	型号:B-P 型 规格:30cm×20cm	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	雅安市人民医院	生产批号:20180102 生产日期:20180102	型号: B-P 型 规格: 45cm×30cm	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	宣汉县第二人民医院	生产批号:20161114 生产日期:20161114	型号: B-P 型 45cm×30cm	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品集团股份有限公司	乐山市人民医院	生产批号:20171218 生产日期:20171218	型号: B-P 型 规格: 45cm×30cm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	医用手术薄膜	振德医疗用品股份有限公司	广元市第一人民医院	生产批号:20180102 生产日期:20180102	配袋 (常规型) 45cm×45cm 1片/ 袋	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
6	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	遂宁市中医院	生产批号:20180122 生产日期:20180122	型号: B-P 型 规格:45cm×45cm	遂宁市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
7	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	成都市中西医结 合医院	生产批号:20171113 生产日期:20171113	型号: B-P 型 规格: 30cm×20cm	成都市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
8	医用手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	内江市中医医院	生产批号:20170403 生产日期:20170403	型号: B-P 型 45cm×45cm	内江市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
9	医用薄膜手术巾	南通昌盛医用材料 有限公司	凉山彝族自治州 第一人民医院	生产批号:180103 生产日期:2018 年 01 月 11 日	规格 45cm×45cm 型号: III型	凉山彝族自治 州食品药品监 督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
10	颅脑手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	攀枝花市中心医 院	生产批号:20170828	型号: P-C 型 45cm×45cm	攀枝花市食品 药品监督管理 局	四川省食品 药品检验检 测院
11	颅脑手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	平昌县人民医院	生产日期:20171127	型号: P-C 型 45cm×45cm	巴中市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
12	剖腹产专用手术薄膜	江西 3L 医用制品 集团股份有限公司	自贡市妇幼保健 院	生产日期:20180102	型号:P-U 型 45cm×45cm	自贡市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
13	手术切口无菌保护膜	淄博宏康医疗器械 有限公司	蓬安县人民医院	生产批号:201803 A 生产日期:20180308	45×45cm (脑科)	南充市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
14	一次性使用无菌手术 膜	四川三和医用材料 有限公司	德阳市人民医院	生产批号:20180503	规格: 45cm×45cm 型号: PE 一片装	德阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
15	一次性使用无菌手术 膜	四川三和医用材料 有限公司	仁寿县中医医院	生产批号:20171012	规格: 45×45cm 型号: PE 一片装	仁寿县食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
16	一次性使用无菌手术膜	浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号:20171216 生产日期:20171216	专用型 45cm×45cm 货号 MN203-脑科	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用无菌手术膜	浙江康力迪医疗用品有限公司	四川省武胜县中医医院	生产批号:E170902 生产日期:20170902	规格: 45×45cm 型号: PE 型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用无菌手术膜	四川三和医用材料有限公司	甘孜藏族自治州人民医院	生产批号:20170821	规格:30cm×40cm 型号:PE	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用无菌手术膜	四川三和医用材料有限公司	兴文县中医医院	生产批号:20180222	规格: 30cm×40cm 型号: PE 一片装	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用无菌注射器 (36 批)							
1	一次性使用无菌注射器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	合江县人民医院	生产批号:批 20180311 生产日期:2018-03-19	20mL	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	一次使用无菌注射器带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	平昌县人民医院	生产批号:批 180130 生产日期:180130	5mL 0.7×32TW-LB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川普仁医药有限公司	生产批号:A4 批 20160507 生产日期:20160507	2ml 0.5×20RWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	一次性使用无菌注射器 带针	湖南平安医械科技有限公司	四川省古蔺县康兴医药营销有限责任公司	生产批号:20180111 生产日期:20180111	5ml 0.7×31TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	上药控股泸州有限公司	生产批号:批 20180127 生产日期:20180127	10mL 中头式 0.9×37TWLB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
6	一次性使用无菌注射器 带针	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司	泸州金伟医药有限公司	生产批号:批 180227 生产日期:20180227	10ml 0.8×35TW LB	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	攀枝花市仁和区人民医院	生产批号:批 170907 生产日期:2017 年 9 月 7 日	2mL 0.6×25TW-LB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	米易县撒莲镇卫生院	生产批号:20171214 生产日期:20171214	30mL 1.2×30ETW LB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	雅安市人民医院	生产批号:批 171116 生产日期:20171116	2ml 0.5×20RW·LB	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	攀枝花金利医药贸易有限公司	生产批号:批 171228 生产日期:171228	20mL 1.2×30TW-SB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	一次性使用无菌注射器 带针	圣光医用制品股份有限公司	四川香山医药有限公司	生产批号:批 170511	5mL 0.7×30TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	成都市郫都区新华综合医院	生产批号:批 170806 生产日期:20170806	5ml 0.7×30TW·LB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川大容医药有限公司	生产批号:A2 批 20170528 生产日期:20170528	20ml 1.2×30 TWLB	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	洪雅县第二人民医院	生产批号:批 171101 生产日期:20171101	5ml 0.7×30 TW·LB	洪雅县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川广大医疗器械有限公司	生产批号:批 180126 生产日期:20180126	5ml 0.6×25TW·LB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
16	一次性使用无菌注射器 带针	江西洪达医疗器械集团有限公司	遂宁市船山区妇幼保健院	生产批号:批 20170813 生产日期:20170813	5mL 中头式 0.7×31TWLB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川明立医药有限公司	生产批号:批 171026 生产日期:20171026	5ml 0.7×30TW·LB	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	广元博爱医院	生产批号:171225 生产日期:20171225	5mL 0.7×30TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	一次性使用无菌注射器 带针	四川双陆医疗器械有限公司	绵竹市中医医院	生产批号:20180208 生产日期:20180208	5mL 0.7×30TW LB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川省广汉市医药开发有限公司	生产批号:A1 批 20171015 生产日期:20171015	5ml 0.7×30TWLB	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	郫县天康医院	生产批号:A4 批 20171010 生产日期:20171010	2ml 0.5×20RWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	炉霍县惠民诊所	生产批号:A1 批 20170624 生产日期:20170624	5ml 0.6×25 TWLB	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用无菌注射器 带针	四川康宁医用器材有限公司	南充市中医医院	生产批号:171225 生产日期:20171225	5mL 0.7×30TWLB	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用无菌注射器 带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	四川新世纪医用高分子制品有限公司	生产批号:20180312	20ml (cc) 1.2×30TWLB	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
25	一次性使用无菌注射器 带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	四川壮力药业有限公司	生产批号:A2 批 20161107 生产日期:20161107	20ml 1.2×30TWLB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	四川凯艺药业有限公司	生产批号:批 180111 生产日期:20180111	30ml 1.2×30TW·LB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用无菌注射器 带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	巴中市中医院	生产批号:批 170721 生产日期:20170721	2ml 0.5×20RW·LB	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用无菌注射器 带针	四川新世纪医用高分子制品有限公司	巴中市中医院	生产批号:20171225	5ml (cc)	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用无菌注射器 带针	四川普瑞斯生物科技有限公司	四川科邦医药有限责任公司	生产批号:批 180116 生产日期:180116	2mL 0.55×20RW-LB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
30	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花市西区玉泉社区卫生服务中心	生产批号:批 170326 生产日期:20170326	5ml 0.6×25TW·LB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用无菌注射器带针	四川康宁医用器材有限公司	自贡市远东贸易有限公司	生产批号:批 171103 生产日期:20171103	5mL 0.5×35TWLB	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	攀枝花市仁和区布德镇卫生院	生产批号:批 180201 生产日期:20180201	20mL 1.2×30TW·LB	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	岳池现代医院	生产批号:批 171211 生产日期:20171211	5ml 0.6×25TW·LB	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	广元市利州区荣山镇卫生院	生产批号:批 170801 生产日期:20170801	5ml 0.7×30TW·LB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
35	一次性使用无菌注射器带针	江西科伦医疗器械制造有限公司	广元市利州区大石镇卫生院	生产批号:A2 批 20170607 生产日期:20170607	20ml 1.2×30TWLB	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用无菌注射器带针	成都市新津事丰医疗器械有限公司	凉山彝族自治州第二人民医院	生产批号:批 180211 生产日期:20180211	5ml 0.7×30TW·LB	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
医用脱脂纱布（块）（12 批）							
1	医用纱布块	新乡市华康卫材有限公司	古蔺县人民医院	生产批号:17072813 生产日期:2017 年 8 月 2 日	10×15×8 纱支/密度 21×21/28×28	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	医用脱脂纱布包(非无菌)	河南省健琪医疗器械有限公司	泸州久正骨科医院(普通合伙)	生产批号:18060831 生产日期:2018 年 6 月 8 日	I 型 80×800	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
3	医用脱脂纱布叠片	河南亚都实业有限公司	冕宁县第二人民医院	生产批号:173308 生产日期:2017 年 08 月 14 日	纱支: 21S×21S 密度: 115×105 长 (mm)×宽 (mm)×层数: 200mm*240mm*8P	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	医用脱脂纱布块	新乡市大方医疗器械制造有限公司	泸州华康药业有限责任公司	生产批号:170315 生产日期:2017 年 3 月 15 日	6×8×8	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	医用脱脂纱布块	河南省蓝天医疗器械有限公司	南部县中医医院	生产批号:06217120202	8×10×8	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	医用脱脂纱布块	河南省戈尔医疗器械有限公司	成都郫都振华医院（普通合伙）	生产批号:29170601 生产日期:2017 年 6 月 2 日	6×8×8 纱支/密度: 21×32	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
7	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	四川三和医用材料有限公司	生产批号:20180407 生产日期:2018年4月19日	WY型 6cm×8cm×8层 纱支类型: 21C	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	四川三和医用材料有限公司	生产批号:20180310 生产日期:2018年3月28日	WY型 7cm×9cm×8层 纱支类型: 22C	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	四川三和医用材料有限公司	生产批号:20180502 生产日期:2018年5月4日	WY型 5cm×6.5cm×8层 纱支类型: 22C	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	广元市坤玖医用设备有限公司	生产批号:20180306 生产日期:2018年3月16日	型号: WY型 规格: 8cm×10cm×8层 纱支类型: 21C	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	医用脱脂纱布块	四川三和医用材料有限公司	自贡市妇幼保健院	生产批号:20180103 生产日期:2018年1月8日	型号: WY型 规格: 23cm×23cm×1层 纱支类型: 22C	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	医用脱脂纱布块(非无菌)	河南省安邦卫材有限公司	泸州王氏骨科医院	生产批号:170516 生产日期:2017年5月16日	型号: I型 规格:8×8×8	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
一次性使用人体静脉血样采集容器 (120 批)							
1	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都爱康国宾安生美健康体检医院	生产批号:18022816	RQ/ZC K ₂ E 12×75mm 2mL 添加剂: K ₂ EDTA	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
2	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	小金县人民医院	生产批号:18032010	RQ/ZC 促凝剂 12×100mm 5mL	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
3	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	雅安市人民医院	生产批号:18041709	RQ/ZC 促凝剂 12×75mm 3mL 添加剂: 促凝剂	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
4	真空采血管	重庆开奇科技发展有限公司	威远县第三人民医院	生产批号:20170818 生产日期:20170818	13*100/5ml 肝素钠 NH 材质: PET	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
5	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都瑞琦科技实业股份有限公司	生产批号:18041118	RQ/ZC KkE 12×75mm 2mL 添加剂: KkEDTA	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
6	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都瑞琦科技实业股份有限公司	生产批号:18040804	RQ/ZC 分离胶 12×100mm 5mL 添加剂: (附加物) 分离胶/促凝剂	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
7	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都瑞琦科技实业股份有限公司	生产批号:18060111	RQ/ZC 促凝剂 12×100mm 5mL 添加剂: 促凝剂	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
8	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都瑞琦科技实业股份有限公司	生产批号:17102314	RQ/ZC 无添加剂 12×75mm 4mL 添加剂: 无	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
9	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都瑞琦科技实业股份有限公司	生产批号:18051830	RQ/ZC 9NC 12×75mm 2mL 添加剂: 柠檬酸钠	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
10	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	乐山市中医医院	生产批号:18032702	RQ/ZC 分离胶 12×100mm 5mL 添加剂: (附加物) 分离胶/促凝剂	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
11	真空采血管	重庆世纪长和实业有限公司	宣汉县第二人民医院	生产批号:20171128 生产日期:2017.11.28	乙二胺四乙酸二钾 EDTA-K 2ml	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
12	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	成都市成华区妇幼保健院	生产批号:18020816	RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂: K ₂ EDTA	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	广汉市人民医院	生产批号:18010331	RQ/ZC 9NC 12×75mm 2mL 添加剂: 柠檬酸钠	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	三台县人民医院	生产批号:18040309	RQ / ZC 促凝剂 12×100 mm 5mL 添加剂:促凝剂	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	真空采血管	生产企业名称: Becton Dickinson and Company 代理人名称: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	攀钢集团总医院	生产批号:7326743 生产日期:2017 年 12 月	二氧化硅添加剂 红色 Hemogard 头盖 纸质标签 抽吸体积 4ml 尺寸 φ13×75mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	真空采血管	生产企业名称: Becton Dickinson and Company 代理人名称: 碧迪医疗器械(上海)有限公司	攀枝花市中心医院	生产批号:7177841 生产日期:2017 年 07 月	分离胶/二氧化硅添加剂, 金色安全头盖, 纸质标签, 抽吸体积 5ml, 管子尺寸 φ13×100mm	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	广元市第二人民医院	生产批号:18011112	RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂: K ₂ EDTA	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
18	真空采血管	重庆三丰医疗器械有限公司	四川省南充精神卫生中心	生产批号:1712-01 生产日期:20171206	血常规管 (EDTA. K ₂) 采血量: 2ml	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	凉山彝族自治州第一人民医院马道分院	生产批号:18030119	RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂: K ₂ EDTA	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
20	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	乐山市中医医院	生产批号:18040913	RQ/ZC K2E 12×75mm 2mL 添加剂: K EDTA	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	真空采血管	重庆三丰医疗器械有限公司	乐山市市中区人民医院	生产批号:1801-01 生产日期:20180110	血常规管 (EDTA.K2) 采血量: 2ml	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	真空采血管	成都瑞琦科技实业股份有限公司	自贡市妇幼保健院	生产批号:17112814	RQ/ZC 促凝剂 12×75mm 3mL 添加剂:促凝剂	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
23	一次性使用负压采血管	山东奥赛特医疗器械有限公司	蓬溪安科医院	生产批号:20180201 生产日期:2018年2月1日	型号: 肝素钠 规格: 5ml	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	一次性使用负压采血管	山东奥赛特医疗器械有限公司	泸州慈善路中医医院有限公司	生产批号:20170918 生产日期:2017年9月18日	型号: 普通管 规格: 5ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	一次性使用负压采血管	山东奥赛特医疗器械有限公司	四川达瑞医疗科技有限公司	生产批号:20171210 生产日期:2017年12月10日	型号: 促凝剂+分离胶 规格: 5ml	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	一次性使用负压采血器	山东省成武县永康医用制品有限公司	巴中市恩阳区人民医院	生产批号:20180322 生产日期:20180322	产品型号: 血常规管(EDTA2K) 规格: 2ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	一次性使用负压采血器	山东省成武县永康医用制品有限公司	泸州长江慢性病专科医院(普通合伙)	生产批号:20171212 生产日期:20171220	产品型号: 分离胶 规格: 5ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	一次性使用负压采血容器	山东省成武县医用制品厂	广元市第四人民医院	生产批号:20171020 生产日期:2017年10月21日	规格: 12×75mm PET 添加剂: EDTA-K2 采血量: 2ml	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	一次性使用负压采血容器	山东省成武县医用制品厂	威远川康医院	生产批号:20171020 生产日期:2017年10月21日	规格: 12×75mm 添加剂: EDTA-K2 采血量: 2ml	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
30	一次性使用负压采血容器	山东省成武县医用制品厂	康定市新都桥镇卫生院	生产批号:20170325 生产日期:2017年3月25日	采血量: 2ml 规格: 12×75mm 添加剂: EDTA-K2	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	一次性使用负压采血容器	山东省成武县医用制品厂	阆中市人民医院	生产批号:20180202 生产日期:2018年2月4日	规格: 12×75mm PET 采血量: 3mL (海拔≤500米) 添加剂: 肝素锂	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	一次性使用负压采血容器	山东省成武县医用制品厂	德昌县麻栗镇中心卫生院	生产批号:20170422 生产日期:2017年5月5日	规格: 12×75mm 添加剂: EDTA-K2 采血量: 2ml	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	一次性使用静脉血样采集容器	河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司	邻水西苑医院	生产批号:18018502 生产日期:2018-01-05	普通管 5ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	一次性使用静脉血样采集容器(非无菌)	河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司	什邡市妇幼保健院	生产批号:18012614 生产日期:2018-01-26	K2EDTA 3ml	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	一次性使用静脉血样采集容器(非无菌)	河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司	泸定县人民医院	生产批号:18018504 生产日期:2018-01-18	普通管 5ml	泸定县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
36	一次性使用静脉血样采集容器(非无菌)	河北鑫乐医疗器械科技股份有限公司	邻水西苑医院	生产批号:17090404 生产日期:2017-09-04	柠檬酸钠 4NC (3.8%) 2ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	一次性使用人体静脉血样采集容器	江苏康捷医疗器械有限公司	彭山新城医院	生产批号:20171201 生产日期:20171221	采血量 2ml 添加剂: EDTA-K2	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	渠县康宁中西医结合医院	生产批号:180116 生产日期:20180116	EDTA-K (血常规管) 采血量: 2ML	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
39	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	攀枝花市第二人民医院	生产日期:20180211	型号: 促凝剂 规格:5ml	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	乐至县东山镇卫生院	生产批号:171002 生产日期:20171002	规格: 肝素钠 添加剂: 肝素钠 采血量: 5ml	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	成都玛利亚妇产儿童医院	生产批号:180116 生产日期:20180116	规格: EDTA-K2 (血常规管) 添加剂: EDTA-K2 采血量: 2ML	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
42	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	成都玛丽亚妇产儿童医院	生产批号:170707 生产日期:20170707	规格: 柠檬酸钠 9NC (血凝试验管) 添加剂: 3.2% 柠檬酸钠 (0.109mol/L) 采血量: 2ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北翔远医疗器械股份有限公司	宜宾市翠屏区南岸社区卫生服务中心	生产批号:171001 生产日期:171222	玻璃 5ml	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	一次性使用人体静脉血样采集容器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	资阳市第一人民医院	生产批号:20180101 生产日期:2018-01-04	促凝剂 3 mL 12mm×75mm	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	资阳市人民医院	生产日期:20180105	型号: 肝素锂 规格: 5 ml	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	遂宁市第一人民医院	生产日期:20180210	型号: EDTAKκ 规格: 2ml	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
47	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	富顺县晨光医院	生产日期:20180111	型号: EDTA K 规格: 2ml	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
48	一次性使用人体静脉血样采集容器	沧州永康医药用品有限公司	广元市第三人民医院	生产批号:20180111 生产日期:20180112	EDTAK2 2ml	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	一次性使用人体静脉血样采集容器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	乐山市人民医院	生产批号:20180301 生产日期:2018-03-05	EDTA-K2 2mL12mm×75mm	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	雅安市第二人民医院	生产日期:20180305	分离胶/促凝剂 5ml	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	成都显微手足外科医院	生产批号:180306 生产日期:20180306	EDTA-Kκ(血常规管) 采血量:2mL	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	宜宾市南溪区中医医院	生产日期:20171005	型号: 肝素锂 规格: 5ml	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	一次性使用人体静脉血样采集容器	浏阳市三力医用科技发展有限公司	布拖县人民医院	生产日期:20171205	型号: EDTAKκ 规格: 2ml	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	一次性使用人体静脉血样采集容器	山东威高集团医用高分子制品股份有限公司	乐山市人民医院	生产批号:20180401 生产日期:2018-04-02	促凝剂 5mL	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北超然医疗器械有限公司	成都显微手足外科医院	生产批号:171202 生产日期:20171202	规格: 无添加剂 (普通管) 添加剂: 无添加剂 采血量: 5ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
56	一次性使用人体静脉血样采集容器	河北翔远医疗器械股份有限公司	四川达瑞医疗科技有限公司	生产批号:170716 生产日期:170715	玻璃 2ml EDTA K	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
57	一次性使用人体静脉血样真空采集容器	四川双陆医疗器械有限公司	内江市第一人民医院	生产批号:20180117 生产日期:20180117	Z-5mLF(12×100) 公称液体容量 5mL 无附加剂	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	一次性使用人体静脉血样真空采集容器	四川双陆医疗器械有限公司	内江市第一人民医院	生产批号:20171118 生产日期:20171118	9NC- 2mLF(12×75) 公称液体容量 2mL 添加剂: 柠檬酸钠 9:1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	一次性使用人体静脉血样真空采集容器	四川双陆医疗器械有限公司	大竹县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:170228 生产日期:170228	NH-5mLF (12×100) 公称 液体容量 5mL 添加剂: 肝素钠	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	一次性使用真空采血管	江西科伦医疗器械制造有限公司	绵阳富临医院	生产批号:E1 批 20180118 生产日期:20180118	2ml PT 管 (枸橼酸钠 1:9)	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	茂县人民医院	生产批号:171001 生产日期:171025	规格: 肝素管 添加剂: 肝素锂 采血量: 5ml	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	茂县兴富医院	生产批号:170701 生产日期:170726	规格: 无添加剂管 采血量: 5ml	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
63	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	茂县人民医院	生产批号:171201 生产日期:171213	规格: 血凝试验管 添加剂: 枸橼酸钠 (1:9) 采血量: 1.8ml	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	雅安河北医院	生产批号:180101 生产日期:180126	规格: 血凝试验管 添加剂: 枸橼酸钠 (1:9) 公称液体容量: 2ml	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
65	一次性使用真空采血管	扬州市华威医疗器械有限公司	成都美兆健康管理有限公司	生产批号:20171009 生产日期:20171009	类型: 普通生化无附加剂 规格: 12×100mm 5ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	平昌县人民医院	生产批号:180301 生产日期:180326	规格: 肝素管 添加剂: 肝素钠 采血量: 5ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	平昌县人民医院	生产批号:180101 生产日期:180121	规格: 血凝试验管 添加剂: 枸橼酸钠 (1: 9) 公称液体容量: 2ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	平昌县人民医院	生产批号:180301 生产日期:180310	规格: 血常规管 添加剂: EDTA.K2 采血量:2ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	一次性使用真空采血管	江苏宇力医疗器械有限公司	丹棱蜀阳单采血浆有限公司	生产批号:20170705 生产日期:20170730	公称容量: 5ml 12×100 肝素管 添加剂: 肝素钠	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
70	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	丹棱县人民医院	生产批号:20171201 生产日期:20171223	采血量:5ml 规格:分离胶-促凝管 添加剂:分离胶+促凝剂	丹棱县食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	一次性使用真空采血管	岳阳民康医用材料有限公司	泸州市妇幼保健院(泸州市第二人民医院)	生产批号:170719 生产日期:170719	柠檬酸钠 4:1 2ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	一次性使用真空采血管	湖北金杏科技发展有限公司	达州市中心医院	生产日期:18/04/08	型号: ZL 公称液体容量: 4ml 添加剂: 促凝剂	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
73	一次性使用真空采血管	石家庄康卫仕医疗器械有限公司	泸州城南医院	生产批号:180310 生产日期:20180310	2ml 玻璃	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	一次性使用真空采血管	湖南平安医械科技有限公司	安岳县万福医疗器械有限公司	生产批号:批 170301 生产日期:2017.03.21	促凝管 (促凝剂) 5 ml	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	巴中市恩阳区人民医院	生产批号:180401 生产日期:180407	规格:肝素管 添加剂:肝素钠 采血量:5ml	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	德阳市旌阳区疾病预防控制中心预防医学一门诊	生产批号:180101 生产日期:180117	规格:分离胶-促凝管 添加剂:分离胶+促凝剂 采血量: 5ml	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	一次性使用真空采血管	山东省成武县华博医疗器械有限公司	绵竹友好医院	生产日期:20170802	型号:普通管 公称液体容量:5ml	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
78	一次性使用真空采血管	苏州碧迪医疗器械有限公司	核工业四一六医院	生产批号:7306487 生产日期:2017 11	2.0mL·13×75mm K2 EDTA 3.6mg	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	资阳市蜀康药品有限责任公司	生产批号:180101 生产日期:180129	规格:血沉试验管 添加剂:枸橼酸钠 (1:4) 采血量:1.28ml	资阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	泸县人民医院	生产批号:180301 生产日期:180311	规格: 血常规管 添加剂: EDTA.K2 采血量: 2ml	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	成都普什医药塑料包装有限公司	生产批号:1804032C 生产日期:201804	PS/CXG 促凝剂 12×100mm/5ml 塑料管	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
82	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	成都普什医药塑料包装有限公司	生产批号:1803011A 生产日期:201803	规格型号: PS/CXG NH 12×75mm/3ml 塑料管	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
83	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	成都普什医药塑料包装有限公司	生产批号:1803046A 生产日期:201803	规格型号: PS/CXG K2E 12×100mm/5ml 塑料管	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	汉源县人民医院	生产批号:180301 生产日期:180312	规格:血常规管 添加剂: EDTA.K2 采血量:2ml	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	一次性使用真空采血管	浙江拱东医疗器械股份有限公司	四川绵阳四〇四医院	生产批号:1801438 生产日期:20180131	非无菌普通型 促凝剂 采血量: 5ml	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	一次性使用真空采血管	上海正邦医疗科技有限公司	绵阳市安州区中医院	生产批号:20170901 生产日期:20170930	添加剂: 促凝剂 公称容量: 5ml	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	射洪县人民医院	生产批号:1804030C 生产日期:201804	PS/CXG 无添加剂 12×75mm/3ml 塑料管	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	一次性使用真空采血管	湖南平安医械科技有限公司	射洪平安医院	生产批号:批 170301 生产日期:2017.03.23	血凝管柠檬酸钠 (9:1) 2ml 容器尺寸: 12.5×75mm	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	一次性使用真空采血管	浙江拱东医疗器械股份有限公司	攀枝花市中西医结合医院	生产批号:1803208 生产日期:20180318	EDTA.K2 采血量: 2ml 非无菌高原型	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
90	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	炉霍县人民医院	生产批号:170901 生产日期:170930	规格: 无添加剂管 采血量:5ml	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
91	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	广元市中医医院	生产批号:1712060A 生产日期:201712	规格型号: PS/CXG K2E 12×75mm/2ml 塑料管	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	广元市第一人民医院	生产批号:180301 生产日期:180324	添加剂: EDTA.K2 规格: 血常规管 采血量:2ml	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	南充市嘉陵区李渡中心卫生院	生产批号:171101 生产日期:171104	规格: 肝素管 添加剂: 肝素钠 采血量: 5ml	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	汉源县中医医院	生产批号:1802033A 生产日期:201802	PS/CXG 9NC 12×75mm/1.8ml 塑料管	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	长宁县长宁镇中心卫生院	生产批号:180201 生产日期:180202	规格: 肝素管 添加剂: 肝素锂 采血量: 5ml	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	一次性使用真空采血管	上海正邦医疗科技有限公司	宜宾县人民医院	生产批号:20180113 生产日期:20180115	添加剂: EDTAK2 公称容量: 3ml	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
97	一次性使用真空采血管	成都普什医疗塑料包装有限公司	屏山县中医医院	生产批号:1803010C 生产日期:201803	PS/CXG 分离胶 12×100mm/5ml 塑料管	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	邻水东方医院	生产批号:171201 生产日期:171230	规格: 肝素管 添加剂: 肝素锂 采血量:5ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	邻水合协医院	生产批号:180301 生产日期:180306	规格: 促凝剂管 添加剂: 促凝剂 采血量:5ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
100	一次性使用真空采血管	江苏宇力医疗器械有限公司	邻水合协医院	生产批号:20180308 生产日期:20180321	8×120、血沉管 添加剂: 3.8%柠檬酸钠 (1:4) 公称容量: 1.6ml	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	九龙县妇幼保健计划生育服务中心	生产批号:180401 生产日期:180403	规格: 血常规管 添加剂: EDTA.K2 采血量: 2ml	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	一次性使用真空采血管	扬州市华威医疗器械有限公司	甘孜藏族自治州卫生学校附属医院	生产批号:20171009 生产日期:20171009	类型: 普通生化无附加剂 规格: 12×100mm	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
103	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	成都普什医药塑料包装有限公司	生产批号:1804046D 生产日期:201804	PS/CXG 无添加剂 12×100mm/5ml 塑料管	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	成都普什医药塑料包装有限公司	生产批号:1801083A 生产日期:201801	规格型号: PS/CXG LH 12×100mm/5ml 塑料管	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	一次性使用真空采血管	扬州市华威医疗器械有限公司	遂宁妇产医院	生产批号:20180105 生产日期:20180105	类型: 枸橼酸钠 (1:9) 规格: 12×75mm 2ml	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
106	一次性使用真空采血管	成都普什医药塑料包装有限公司	开江县中医院	生产批号:1712037A 生产日期:201712	PS/CXG K2E 12×75mm/2ml 塑料管	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
107	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	自贡市宏达医疗器械有限公司	生产批号:180301 生产日期:180314	规格: 血常规管 添加剂: EDTA.K2 采血量:2ml	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
108	一次性使用真空采血管	江苏康健医疗用品有限公司	茂县兴富医院	生产批号:170701 生产日期:170730	规格: 分离胶-促凝管 添加剂: 分离胶+促凝剂 采血量: 5ml	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
109	一次性使用真空采血管	河南省驼人检测医疗器械有限公司	眉山市彭山区人民医院	生产批号:17D11 生产日期:20171128	塑料管 13mm×100mm 5mL 肝素钠	眉山市彭山区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
110	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	威远维康医院	生产批号:201711007 生产日期:2017 年 11 月	13×75 添加剂: EDTA K2 公称容量: 2ml	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
111	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	富顺县妇幼保健院	生产批号:201801024 生产日期:2018 年 1 月	13×75 添加剂: 0.109mol/L 柠檬酸钠 (1:9) 公称容量: 2ml	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
112	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	富顺县妇幼保健院	生产批号:201712037 生产日期:2017 年 12 月	13×75 添加剂: EDTA K2 公称容量: 2ml	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
113	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	德阳市罗江区中医医院	生产批号:201711035 生产日期:2017 年 11 月	13×100 添加剂: 分离胶/促凝剂 公称容量: 5ml	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
114	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	双流伊人妇科医院	生产批号:201712039 生产日期:2017 年 12 月	13×75 添加剂: EDTA K2 公称容量: 2ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
115	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	双流伊人妇科医院	生产批号:201801024 生产日期:2018 年 1 月	13×75 添加剂: 0.109mol/L 柠檬酸钠 (1:9) 公称容量: 2ml	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
116	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	眉山市彭山区中医医院	生产批号:201706034 生产日期:2017年6月	包装规格: 13×75 添加剂: 0.109mol/L 柠檬酸钠 (1:9) 公称容量: 2ml	眉山市彭山区 食品药品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
117	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	南充市妇幼保健 计划生育服务中心	生产批号:201709011 生产日期:2017年9月	13×100 添加剂: 分离胶/促 凝剂 公称容量: 5ml	南充市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
118	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	梓潼县人民医院	生产批号:201804029 生产日期:2018年4月	包装规格: 13×75 添加剂: EDTA K2 公称容量: 2ml	绵阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
119	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	蓬安县疾病预防 控制中心	生产批号:201803057 生产日期:2018年3月	13×100 添加剂: 肝素钠 公称容量: 5ml	南充市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
120	一次性真空采血管	上海澳翔医疗科技有限公司	布拖县特木里镇 中心卫生院	生产批号:201704021 生产日期:2017年4月	包装规格: 13×75 添加剂: EDTA K2 公称容量: 2ml	凉山彝族自治 州食品药品监 督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
医用电气设备 (174 批)							
1	医用压缩雾化器	英华融泰医疗科技 股份有限公司	四川天和医疗器 械有限公司	生产日期:2017.04.06 出厂编号:B2FC05B-01979 (产品编码)	FC	自贡市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
2	等离子体手术系统	成都美创医疗科技 股份有限公司	成都美创医疗科 技股份有限公司	生产日期:2017年06月 出厂编号:PLA1701054	PLA-700	成都市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
3	臂式电子血压计	爱奥乐医疗器械 (深圳)有限公司	和平泰康资阳药 业有限责任公司	生产批号:PPOID000188 (生产批号)(外包装上) 生产日期:2017.02(外包装 上)出厂编号:S/N: B17B0 011989	2006-2(全自动)	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
4	压缩空气式雾化器	江苏远燕医疗设备 有限公司	安岳县宏源医疗 器械经营部	生产日期:2017.06.06 出厂编号:17060869(产品 编号)	408A	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
5	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有 限责任公司	资阳御君堂药品 连锁有限公司乐 至一分店	生产日期:2017/03/30 出厂编号:170314625(产品 编号)	CQG-12A	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
6	低中频电子脉冲治疗 仪	深圳市好一生电子 科技有限公司	资阳市康路医疗 器械经营部	生产日期:2017.11.04 出厂编号:M17090003-010- 0051(序列号)	HYS-339	资阳市食品药 品监管局	四川省食品 药品检验检 测院
7	低频治疗仪	深圳市攀高电子有 限公司	乐至县双树医疗 器械有限公司	出厂编号:SN-1503074000	PG-2602A	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
8	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有 限公司	乐至县双树医疗 器械有限公司	生产日期:2016-05 出厂编号:D002L16503683 7(SN)	SDZ-II型	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
9	电脑中频电疗仪	北京天长福医疗设 备制造有限公司	四川天颐医疗器 械有限公司	生产批号:15015398(批 (编)号) 生产日期:2015年10月10 日(出厂检验日期)	T99-AI	资阳市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院
10	电子血压计	欧姆龙(大连)有 限公司	雅安市第二人民 医院	生产日期:2017.09.23(生产 日)(器身上) 出厂编号:20170921793LF (系列号)(器身上)	HEM-8611	雅安市食品药 品监督管理局	四川省食品 药品检验检 测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
11	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2018/4/12 出厂编号:M18030006-033-0051 (序列号)	HYS-339	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
12	压缩空气式雾化器	丹阳市恒宁医疗器械有限公司	雅安市雨城区怡达医疗器械总汇	生产日期:2017/12/08 出厂编号:171208011527 (产品编号)	602C	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
13	医用压缩式雾化器	潮州顺兴发医疗科技有限公司	四川森辉医疗器械有限责任公司	生产日期: 2017/08/18 (出厂日期) 出 厂编号: KGF170L16102 (SN)	AH-N102	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
14	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川森辉医疗器械有限责任公司	生产日期:2018.03.16 (生产 日)(器身上) 出厂编号: 20180305817LF (系列号) (器身上)	HEM-8611	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
15	腕式电子血压计	广州爱芯达电子有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产日期:2017-07-01 出厂编号:2017070110000 (产品编号)	AXD-601	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
16	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产批号:1801 序列号 01 (外包装上)(批号) 生产日期:2018-01 (外包装 上) 2018 年 01 月 09 日 (合格证上) 出厂编号:180100184 (器 号)(机身上)	YE8800C	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
17	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	雅安市雨城区康健医疗器械销售部	生产批号:1804 序列号 05 (外包装上)(批号) 生产日期:2018-04 (外包装 上) 2018 年 04 月 26 日 (合格证上)	YE655D	雅安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
				出厂编号:180413497 (器号)(机身上)			
18	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	松潘县人民医院	生产批号:1802 序列号 04 (外包装上)(批号) 生产日期:2018-02(外包装) 2018年02月28日(合格证上) 出厂编号:180208245(器号、机身上)	YE610A	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
19	全自动臂式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	九寨沟县医药有限责任公司	生产批号:1702022 (批次) (外包装) 生产日期:2017/03/08 (外包装) 出厂编号:17020220750	BF1102	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
20	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	金川县人民医院	生产日期:2016.08.09 (生产日)(器身上) 出厂编号:20160806109LF (生产批号)(器身上)	HEM-6111	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
21	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	金川县中藏医院	生产批号:201712L (批号) (外包装) 生产日期:2017.12.19 (生产日)(器身上) 出厂编号:20171208001LF (系列号)(器身上)	HEM-6111	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
22	臂式电子血压计	广东天际电器股份有限公司	阿坝州宏景医药有限责任公司汶川较场店	生产批号:15510952 (铭牌上)(批号) 生产日期:2016.06.12 (合格证)	DX-B901D	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
23	电子血压计	欧姆龙（大连）有限公司	阿坝州康乐康大药房连锁有限公司马尔康天仁平价大药房	生产批号:201711L（外包装） 生产日期:2017.11.23 （生产日，器身上） 出厂编号:20171101737LG （生产批号，器身上）	HEM-7112	阿坝藏族羌族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
24	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	德阳万鑫达医疗器械有限公司	生产日期:2016-09 出厂编号: D002R169014614 （SN）	SDZ-II 型	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
25	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	德阳康邦医疗器械有限公司	生产日期:2017.12.07 出厂编号:M17090003-062-0028（序列号）	HYS-339	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
26	医用压缩空气式雾化器	黄山市雅适医疗器械有限公司	德阳科伦医药贸易有限公司	生产批号:20171101 生产日期:20171101 出厂编号:20171101013	YS-01	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
27	臂式电子血压计	爱奥乐医疗器械（深圳）有限公司	四川新康源药业有限责任公司	生产批号:P1612171（外包装上）（生产批号） 生产日期:2017.05（外包装上） 出厂编号:17B061596（设备码）	A223	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
28	全自动腕式电子血压计	华略电子（深圳）有限公司	四川德阳太极大药房连锁有限责任公司连锁九十八店	生产日期:20150618（外包装底部） 出厂编号:251500602（序列号）	BP38Z1-1	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
29	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川省广汉市吉昌药业有限公司	生产日期:2018.01 出厂编号:011255	CQ-10	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
30	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	什邡市人民医院	生产批号:1703-06 (批号) (外包装上) 生产日期:2017/03/31 出厂编号:1703062445(产品编号)	403C	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
31	手腕式电子血压计	厦门安氏兄弟科技有限公司	德阳市正和祥药业连锁有限责任公司七十一店	生产批号:P1710017 (批号) (外包装底部) 生产日期:2017-10-14 出厂编号:17K000665B (编号)	AS-55B	德阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
32	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	西昌鑫亿达医疗器械有限公司	生产批号:1703-02 (批号) (外包装上) 生产日期:2017/03/10 出厂编号:1703021193(产品编号)	402AI	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
33	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	西昌华赣医疗器械有限公司	生产日期:2017.12 出厂编号:112580	CQ-29P	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
34	医用压缩式雾化器	广州德米医用设备有限公司	西昌顺达中泰医疗器械有限责任公司	生产批号:1704024 (生产批号) 生产日期:2017.04.25 出厂编号: YWH217040412 (产品编号)	DM-YWH 02	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
35	手腕式电子血压计	深圳市乐中行科技有限公司	西昌东升大药房连锁有限责任公司	生产批号: LZX2017102501 (生产批号) 生产日期:2017 年 10 月 25 日 出厂编号: LZX2017102502 32 (产品编号)	LZX-W1681	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
36	电脑中频治疗仪	北京金豪商贸有限公司	凉山州光华医疗器械有限责任公司	生产日期:2017年06月05日 出厂编号:0420170605101060(产品编号)	J18B	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
37	低频治疗仪	成都东方人健康产业有限责任公司	凉山州光华医疗器械有限责任公司	生产批号:20161216 生产日期:2016.12.16(产品批号)(外包装上) 出厂编号:20161616(产品出厂编号)(合格证上)	DFR/DZ-1	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
38	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	西昌瑞思迈贸易有限公司	生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173010980(SN)	SDZ-II型	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
39	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川云泽医药有限公司	生产日期:2016.5.24(生产日)(器身上) 出厂编号: 20160508012LF(生产批号)(器身上)	HEM-8611	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
40	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	凉山彝族自治州第一人民医院	生产批号:201802L(外包装上)(批号) 生产日期:2018.03.08(生产日)(器身上) 出厂编号:20180222072LG(生产批号,器身上)(SN,外包装上)	HEM-7121	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
41	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	凉山州康源医疗器械有限责任公司	生产日期:2017.03.26 出厂编号:21703001105	HM6805-II-5	凉山彝族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
42	手腕式全自动电子血压计	深圳市家康科技有限公司	四川普仁医药有限公司	生产批号:B170902(批号) (外包装上) 生产日期: 2017/10/10(外包装上) 出厂编号: B17090200998(LOT NO)	BP180W	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
43	医用压缩雾化器	英华融泰医疗科技股份有限公司	四川华翊医疗器械有限公司	生产日期:2018.01.08 出厂编号: B0HA02J26W18261(产品 编码)	HA	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
44	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	上药控股泸州有限公司	生产日期:2018.01 出厂编号:010767	CQ-29P	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
45	医用分子筛制氧机	廊坊市方生医疗器械有限公司	泸州神龙科技开发有限责任公司	生产批号: 3301160725(外包装上) 生产日期:20160725(外包装 上) 出厂编号: 20160725085(产品编号)	FSY-3B	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
46	低频治疗仪	深圳市攀高电子有限公司	泸州市康乐药业连锁有限责任公司二十一直营店	生产批号:201711049(LOT) 生产日期:2017-11-13(外包 装上) 出厂编号: 1711037121(SN)	PG-2601B8	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
47	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川利德药房连锁有限公司199直营店	生产日期:2016-05 出厂编号: D002L165037686(SN)	SDZ-II型	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
48	电子血压计	欧姆龙（大连）有限公司	万源市天泰药业有限责任公司	生产批号:201802L（批号） （外包装） 生产日期:2018.02.23（生产日）（器身上） 出厂编号: 20180200017LF（系列号） （器身上）	HEM-6111	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
49	压缩式雾化器	江西晶康宇医疗科技有限公司	大竹县万兴医疗器械有限公司	生产日期:2016.10.20（出厂日期） 出厂编号: 2016104424（产品编号）	JKY-F-A07	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
50	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	达州市欣康医疗器械有限公司	生产日期:2017.12.07 出厂编号:M17090003-059-0029（序列号）	HYS-339	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
51	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	达州市康瑞医疗器械有限公司	生产日期:2016-03 出厂编号: D002L163009009（SN）	SDZ-II型	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
52	TDP治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川佳祥医疗器械有限公司	生产日期:2017.03.30 出厂编号: 1703303036009	TDP-T-I-1	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
53	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	达州科伦医药贸易有限公司	生产批号:161101（批号） 生产日期:2016年11月1日 出厂编号:116033（编号）	HLH-1	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
54	G6805型治疗仪	青岛鑫升实业有限公司	达州市天泰医疗器械有限公司	出厂编号:144201192（编号）	G6805-I型	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
55	特定电磁波（TDP）治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	达州市天泰医疗器械有限公司	生产批号:1803048（批号） 生产日期:2018年03月07日 出厂编号:318015（编号）	GQJ-23	达州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
56	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川安然医疗器械有限公司	生产日期:2018.01 出厂编号:003339	CQ-10	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
57	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川安然医疗器械有限公司	生产批号:15032001 (批号) (外包装上) 生产日期:03/19/2015 (出厂日期) 出厂编号:150314063 (产品编号)	402AI	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
58	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川辉瑞医疗器械有限公司广安城北分公司	生产批号:1704-02 (外包装上) (批号) 生产日期:2017/04/24 (外包装上) 2017 年 04 月 24 日 (合格证上) 出厂编号:170402796(器号) (机身上)	YE8700A	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
59	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	四川辉瑞医疗器械有限公司广安城北分公司	生产日期:2017.11.04 出厂编号:M17090003-004-0005 (序列号)	HYS-339	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
60	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	广安广泰医疗器械有限公司	生产日期:2017.11.24 出厂编号:11711003059	HM6805-I-5	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
61	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	广安广泰医疗器械有限公司	生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173007664 (SN)	SDZ-II 型	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
62	腕式电子血压计	深圳市讯威实业有限公司	四川齐隆医疗器材有限公司	生产批号:170516 (生产批次) (外包装上) 生产日期:20171027 (外包装上) 出厂编号:60017051601945 (序号)	XW-600	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
63	压缩式雾化器	江西晶康宇医疗科技有限公司	四川齐隆医疗器械有限公司	生产日期:2017.06.01 (出厂日期) 出厂编号:2017060320 (产品编号)	JKY-F-A05	广安市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
64	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	蓬安本草堂药业有限公司	生产批号:16061501 (外包装) 生产日期:06/01/2016 出厂编号:160606092 (产品编号)	403C	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
65	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	四川铜康医疗器械有限公司	生产批号:1712007 (批号) 生产日期:2017 年 12 月 05 日 出厂编号:217006 (编号)	HLH-2	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
66	特定电磁波 (TDP) 治疗器	重庆华伦医疗器械有限公司	南充泽苍医药连锁有限公司第 03 店	生产批号:1712135 (批号) 生产日期:2017 年 12 月 12 日 出厂编号:117101 (编号)	CQJ-16B	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
67	KD 系列低频治疗仪	江苏富林医疗设备有限公司	南充市宝芝灵大药房连锁有限公司第一店	生产批号:14054258 (外包装) 生产日期:20140428 (外包装)	KD001	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
68	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川省德胜堂健康器械连锁有限公司南充德胜堂专卖店	生产日期:2017-12 出厂编号: D002R17B082049 (SN)	SDZ-II	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
69	超声雾化器	江苏富林医疗设备有限公司	南充市宝芝灵大药房连锁有限公司第 12 店	生产日期:2014.3.1 出厂编号:009184	W001	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
70	手腕式电子血压计	深圳市乐中行科技有限公司	南充嘉宝堂正红大药房连锁有限公司	生产批号: LZX2017102501 (生产批号) 生产日期:2017年10月25日 出厂编号: LZX201710250566(产品编号)	LZX-W1681	南充市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
71	手腕式数字电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	四川山河水药业有限公司	出厂编号:140589016(编号)	BPCBOA-2F	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
72	SL-YW 系列医用压缩式雾化器	北京神鹿医疗器械有限公司(见说明书)	四川强泰药业有限公司	生产日期:160209 出厂编号:000635(产品编号)	SL-YW-02	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
73	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川依联达医疗器械股份有限公司	生产批号:1608-01(批号) (外包装上) 生产日期:2016/08/16 出厂编号: 1608011117(产品编号)	402AI	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
74	红外线治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川依联达医疗器械股份有限公司	生产日期:201601 出厂编号:001561	CQ-61	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
75	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川医源医疗器械有限公司	生产日期:2017年08月 出厂编号:17080107(出厂序号)	ZP-100DIA	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
76	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川医源医疗器械有限公司	生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173011657(SN)	SDZ-II型	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
77	特定电磁波治疗器	重庆博之翰科技有限公司	遂宁市永胜医疗器械有限公司	生产日期:2017.12 出厂编号:17121449(生产编号)	OH-LJ	遂宁市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
78	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	成都市第三人民医院	生产批号:1708 序列号 01 (外包装上)(批号) 生产日期:2017-08 (外包装上) 2018年02月28日(合格证上) 出厂编号:170801026(器号) (器身上)	YE680E	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
79	手臂式电子血压计	苏州尼世精密仪器有限公司	四川(北京同仁堂)大药房有限公司	生产日期:2018年03月 出厂编号:SN2018-2A0502-000066	DS-502	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
80	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川(北京同仁堂)大药房有限公司	生产批号:201803L (外包装) (批号) 生产日期:2018.04.04 (生产日) (器身上) 出厂编号: 20180328916LG (SN, 外包装上) (生产批号, 器身上)	HEM-7121	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
81	臂式电子血压计	深圳市爱立康医疗电子有限公司	四川省华安堂药业零售连锁有限公司紫荆店	生产批号:15K09 (外包装上) (生产批号) 生产日期:20151110(外包装上)	AES-U111	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
82	臂式电子血压计	深圳市讯威实业有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司高新区紫荆东路药店	生产批号:151023 (外包装上) 生产日期:20160227 (外包装上) 出厂编号: 30015102300831 (序号)(机身)	XW-300	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
83	医用超声雾化器	深圳市康贝科技有限公司	成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	生产批号:1703021 (外包装上) (生产批号) 生产日期:20170407 (外包装上) 出厂编号:1703027582 (SN)	PN100	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
84	腕式电子血压计	江苏鱼跃医疗股份有限公司	成都德仁堂药业有限公司成都同仁堂	生产批号:1703-03 (包装外部) (批号) 生产日期:2017年03月30日 (合格证上) 2017/03/30 (外包装上) 出厂编号:170305483 (器号) (机身上)	YE8600A	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
85	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司锦江区东大街药店	生产批号:1804032 (批号) 生产日期:2018年04月24日 出厂编号:118093 (编号)	HLH-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
86	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川省华安堂药业零售连锁有限公司紫荆店	生产日期:2017.04 出厂编号:035639	CQ-10	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
87	医用压缩雾化器	内蒙古英华融泰科技发展有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产日期:2016.11.26 出厂编号: B2HA02J26W08025(产品编码)	HA	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
88	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	四川洪辉医疗器械有限公司	生产日期:2018.04 出厂编号:035706	CQ-29P	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
89	超声雾化器	江苏鱼跃医疗股份有限公司	四川艾博医疗器械有限公司	生产批号:16050902(外包装上) 生产日期:05/10/2016	402AI	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
				出厂编号:160504276 (产品编号)			
90	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川艾博医疗器材有限公司	生产日期:2017.10.24 出厂编号:31710001017	HM6805-III-6	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
91	腕式电子血压计	深圳市攀高电子有限公司	眉山市东坡区凯峰医疗器械经营部	生产批号:201701011 (外包装上) (LOT) 生产日期:2017-01-08 (外包装上) 出厂编号:1701002185 (SN)	PG-800A5	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
92	高电位治疗机	上海冠瑞医用电子有限公司	眉山市冠瑞星瑞医疗器械有限公司	生产日期:2018-05 出厂编号:0560908001	GR-GDW-09C	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
93	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川省伦拿医疗设备有限公司	生产日期:2018年05月 出厂编号:18050439 (出厂序号)	ZP-100D II A	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
94	医用分子筛制氧机	廊坊市方生医疗器械有限公司	眉山市眉州药房连锁有限公司	生产批号:3301160714 (外包装上) 生产日期:20160714 (外包装上) 出厂编号:20160714055	FSY-3B	眉山市东坡区食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
95	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	自贡市康安医疗器械销售中心	生产日期:2017-03 出厂编号: D002R173011495 (SN)	SDZ-II 型	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
96	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	自流井区康源医疗器械经营部	生产批号:1707 (外包装上) 生产日期:2017/07/20 出厂编号:170700925 (产品编号)	9F-3	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
97	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省德盛堂健康医械连锁有限公司自贡欧姆龙专卖店	生产批号:1402001(外包装上) 生产日期:02/20/2014(出厂日期) 出厂编号:140210719(产品编号)	402AI	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
98	上臂式数字电子血压计	义乌市百灵医疗器械有限公司	老百姓大药房檀木林店	生产批号:1803003(生产批号) 生产日期:2018.03.31 出厂编号:17107612(SN)	BLPM-1	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
99	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	自贡市宏达医疗器械有限公司	生产日期:2017.10.30 出厂编号:81710069050	TDP-T1	自贡市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
100	全自动腕式血压计	爱安德电子(深圳)有限公司	四川梓潼官大药房连锁有限公司	生产批号:20170829(外包装) 生产日期:20170829(外包装) 出厂编号: CN1609SZ0352A00957	UB-352A	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
101	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	成都鲁蓉医疗器械有限公司威远分公司	生产批号:1712017(批号) 生产日期:2017年12月14日 出厂编号:117060(编号)	HLH-1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
102	医用制氧机	江苏富林医疗设备有限公司	四川省荟榕医疗器械有限公司	生产批号:20180109005(外包装上) 生产日期:2018.01.02(机身) 出厂编号:10950575(产品编号)(机身)	Y007-3W	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
103	特定电磁波谱治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	四川省内江中康医贸有限公司	生产日期:2018/05/03 出厂编号: 18050304586 (产品编号)	CQG-12A	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
104	电脑中频治疗仪	北京体健科技发展有限公司	威远县康永健医疗器械经营部	出厂编号: 201605181228	T999-1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
105	小型医用制氧机	黄山市雅适医疗器械有限公司	威远县康永健医疗器械经营部	生产批号:20180116 JW (产品批号) 生产日期:20180116 出厂编号:2018014303(产品编号)	YS-300	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
106	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	内江亚和贸易有限公司	生产日期:2018.03.07 出厂编号:11803002201	TDP-L1	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
107	臂式电子血压计	爱奥乐医疗器械(深圳)有限公司	四川圣杰药业有限公司内江西门桥直营店	生产批号:P1609041 (外包装) 生产日期:2017.08 (外包装) 出厂编号:B17H0139492(机身)(SN)	2006-2 (全自动)	内江市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
108	电子血压计 上臂式	欧姆龙(大连)有限公司	道孚县人民医院	生产批号:2017111L (外包装)(批号) 生产日期:2017.11.14 (生产日)(器身上) 出厂编号: 20171101663LG(生产批号,器身上)(SN,外包装上)	HEM-7130	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
109	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川省好利达生物科技有限公司	生产日期:2018.05.10 出厂编号: 1805105309736	TDP-L-I-3	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
110	红外线治疗器	重庆华伦弘力实业有限公司	四川昇和医药连锁有限公司武侯区黄门后街药店	生产批号:1712017(批号) 生产日期:2017年12月14日 出厂编号:117036(批号)	HLH-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
111	压缩空气雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省好利达生物科技有限公司	生产批号:1703-06(外包装上)(批号) 生产日期:2017/03/31 出厂编号:1703061836(产品编号)	403C	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
112	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川省好利达生物科技有限公司	生产批号:201805L(批号)(外包装) 生产日期:2018.06.01(生产日)(器身上) 出厂编号:20180504019LF(生产批号)(器身上)	HEM-6116	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
113	医用氧气	沈阳新松医疗科技股份有限公司	四川天乐康科技有限公司	生产日期:2018-03-29 出厂编号: 301050036803290215(产品编号)	OC-S50	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
114	上臂式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	四川海王星辰健康药房连锁有限公司青羊区少城路药店	生产批号:1804016(生产批号)(合格证上) 生产日期:20180329(合格证上) 出厂编号:1804023594(编号)	BP105A	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
115	医用压缩式雾化器	东莞市健宝电子科技有限公司	四川海王星辰健康药房连锁有限公司青羊区少城路药店	生产批号:20180518 (生产批号) 生产日期:2018年05月18日 (外包装上) 出厂编号:01-000453 (产品流水编号)	CN-C-0101	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
116	电子血压计	优盛医疗电子(上海)有限公司	四川杏林医药连锁有限责任公司青羊区鼓楼北三街药店	出厂编号:14002217 (序列号)	S350	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
117	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川太极大药房连锁有限公司青羊区十二桥路药店	生产日期:2017.12.08 出厂编号: 1712082008337	TDP-T-I-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
118	医用压缩式雾化器	广州德米医用设备有限公司	泸州健达医疗器械有限公司	生产批号:1704046 (生产批号) 生产日期:2017.05.03 出厂编号: YWH1L17040121 (产品编号)	DM-YWH 01L	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
119	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	泸县四达医疗器械有限公司	生产批号:201801L (批号, 外包装上) 生产日期:2018.01.27 (生产日)(器身上) 出厂编号: 20180128562LG (生产批号, 器身上)(SN, 外包装上)	HEM-7121	泸州市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
120	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	宜宾市康健堂大药房零售连锁有限公司兴文县石海广场连锁店	生产批号:16041001 (批号) (外包装上) 生产日期:04/10/2016 出厂编号:160402665 (产品编号)	402AI	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
121	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	宜宾天乐医药有限公司	生产批号:1612-02 (批号) (外包装上) 生产日期:2016/12/29 出厂编号:1612020640 (产品编号)	403C	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
122	腕式电子血压计	深圳市好一生电子科技有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司筠连新华大道店	生产批号: CUM17060004 (生产批号) 生产日期:2017.07.07 出厂编号:A120271 (序列号)	HYS-3100	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
123	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	宜宾腾博医疗设备有限公司	生产日期:2018-01 出厂编号: D002R181008381(SN)	SDZ- II	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
124	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	宜宾市腾翔医疗器械有限公司	生产日期:2016.12.20 出厂编号:11612060266	TDP-L1	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
125	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省德盛堂健康医械连锁有限公司翠屏区文星街店	生产批号:1707 (外包装上) 生产日期:2017/07/20 出厂编号:170700651 (产品编号)	9F-3	宜宾市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
126	压缩空气式雾化器	江苏嘉得医疗设备有限公司	乐山市凯安医疗器械有限公司	生产批号:20170302(外包装上) 生产日期:2017.03.08 出厂编号:17031744(产品编号)	408A	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
127	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	乐山市美凯能医疗器械有限公司	生产日期:2018/04/12 出厂编号:M18030006-029-0012(序列号)	HYS-339	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
128	超声雾化器	江苏鱼跃医疗股份有限公司	乐山市佳宇商贸有限公司	生产批号:1611-02(外包装上) 生产日期:2016/11/07 出厂编号: 1611023743(产品编号)	402AI	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
129	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	乐山市凯安医疗器械有限公司	生产批号:201711L(外包装上) 生产日期:2017.11.28(器身上)(生产日) 出厂编号: 20171103440LF(系列号)	HEM-8611	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
130	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	乐山新瑞医疗器械有限公司	生产日期:2017-06 出厂编号: D002R176043611(SN)	SDZ-II	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
131	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	四川速睿贸易有限公司	生产日期:2018.06.06 出厂编号:11806001009	HM6805- I -5	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
132	特定电磁波治疗器	重庆航天火箭电子技术有限公司	乐山市凯安医疗器械有限公司	生产日期:2017.10 出厂编号:089500	CQ-29P	乐山市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
133	手腕式电子血压计	厦门安氏兄弟科技有限公司	江油市胜意康医疗器械经营部	生产批号:P1703041 (批号) (外包装上) 生产日期:2017-03-31 出厂编号:17C006975A (编号)	AS-55A	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
134	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	江油美兴大药房	生产批号:1702-01 (批号) (外包装上) 生产日期:2017/02/25 出厂编号: 1702010212 (产品编号)	403C	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
135	电子血压计	欧姆龙(大连)有限公司	四川天诚药业股份有限公司	生产批号:201710L (批号) (外包装上) 生产日期:2017.11.02(生产日)(器身上) 出厂编号:20171009859LG (生产批号,器身上)(SN,外包装上)	HEM-7130	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
136	TDP 治疗器	重庆市国人医疗器械有限公司	四川天诚药业股份有限公司	生产日期:2018.01.23 出厂编号:1801232032097	TDP-T-I-1	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
137	低中频脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	绵阳市涪城区康怡医疗器械经营部	生产批号: CUM17050006 (生产批号) /A070303 (序列号) 生产日期:2017.07.21	HYS-3200	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
138	医用压缩雾化器	广州爱芯达电子有限公司	绵阳市涪城区康怡医疗器械经营部	生产日期:2017-10-20 出厂编号: 201710203000 (产品编号)	AXD-305	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
139	腕式电子血压计	深圳邦普医疗设备系统有限公司	绵阳修正堂博特医药连锁有限公司	生产批号:1708030 (批次) (外包装上) 生产日期:2017/07/03 (外包装上) 出厂编号:17080301231	BF2202	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
140	全数字彩色多普勒超声诊断仪	绵阳麦迪克电子科技有限公司	绵阳麦迪克电子科技有限公司	生产日期:2018.02.28 出厂编号:T011803001	MDK-9900	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
141	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川金芝兰药业有限公司	生产批号:1703-0009 (外包装上) 生产日期:2017/03/29 出厂编号:170300837 (产品编号)	7F-3B	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
142	中频电疗仪	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	四川千里倍益康医疗科技股份有限公司	生产日期:2018年05月 出厂编号:18050846(出厂序号)	ZP-100DIA	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
143	气体压缩式雾化器	成都维信电子科大新技术有限公司	成都维信电子科大新技术有限公司	生产日期:2018年01月 出厂编号:182131003	QW2605C1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
144	高频电离子手术治疗仪	成都维信电子科大新技术有限公司	成都维信电子科大新技术有限公司	生产日期:2018年03月 (外包装上) 2018年02月(铭牌上) 出厂编号:182131001	GDZ 9651B	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
145	腰椎治疗仪	成都东方人健康产业有限责任公司	成都东方人健康产业有限责任公司	生产批号:20180412(产品批号) 生产日期:2018.04.12 (外包装上) 出厂编号:180401	DFR/YZ CD-1	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
146	射频治疗仪	绵阳立德电子股份有限公司	绵阳立德电子股份有限公司	生产日期:2017年11月14日 出厂编号:ZB17-1008	LDRFT-50	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
147	B型超声诊断仪	绵阳市先锋医疗器械有限公司	绵阳市先锋医疗器械有限公司	生产日期:2018.05 出厂编号:XF218-180756	XF218	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
148	B型超声诊断仪	绵阳市先锋医疗器械有限公司	绵阳市先锋医疗器械有限公司	生产日期:2018.05 出厂编号:XF218-180757	XF218	绵阳市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
149	制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	攀枝花市爱康多商贸有限公司	生产批号:1709(外包装上) 生产日期:2017/09/28 出厂编号:170900379(产品编号)	7F-3D	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
150	压缩式雾化器	重庆科斯特医疗科技有限公司	盐边县人民医院	生产日期:2017-12-15 出厂编号:201712214(产品编号)	KST-R100	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
151	腕式电子血压计	深圳市好一生电子科技有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司盐边县中心店	生产批号: CUM17060004(外包装)(批号) 生产日期:2017.07.06 出厂编号:A080684(序列编号)	HYS-3100	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
152	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	攀枝花市康和药业有限公司	生产日期:2016.10.20 出厂编号:81610186058	TDP-T1	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
153	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川鸿翔一心堂医药连锁有限公司	生产批号:1707(外包装) 生产日期:2017/07/20 出厂编号:1707030823(产品编号)	402AI	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
154	腕式电子血压计	信利仪器（汕尾）有限公司	四川省佳旺大药房连锁有限公司	生产批号:XL17YQ1509（外包装上）（生产批号） 生产日期:2017-3-16（外包装上）	DW703	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
155	臂式电子血压计	深圳市讯威实业有限公司	四川一心堂医药连锁有限公司利州区文化路药店	生产批号:160301（生产批次）（外包装上） 生产日期:20160901（外包装上） 出厂编号: 30016030102896（序号）	XW-300	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
156	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	广元市锦康商贸有限公司	生产日期:2018-01 出厂编号: D002R181006152（SN）	SDZ-II	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
157	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	广元市广康医疗器械经营部	生产日期:2018/05/02 出厂编号:I18030011-030-0039（序列号）	HYS-339	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
158	特定电磁波谱治疗器	四川恒明科技开发有限公司	广元市兴器医疗器械经营部	生产日期:2016.12.14 出厂编号:31612113283	TDP-L3	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
159	医用压缩式雾化器	余姚市登月医疗器械有限公司	广元市太明洋药店	生产日期:17.8.9 出厂编号:17-J2230（产品编号）	DY-002	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
160	超声雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	广元市坤玖医用设备有限公司	生产批号:16030701（批号）（外包装上） 生产日期:03/10/2016 出厂编号:160308279（产品编号）	402AI	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
161	红外线治疗器	重庆雨逸科技有限公司	广元市冀泰医疗器械有限公司	生产日期:2018/01/07 出厂编号:180107111（产品编号）	T-01	广元市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
162	电脑中频电疗仪	北京长福医疗设备制造有限公司	巴中市鹏宇商贸有限公司	生产批号:15021222(批(编)号) 生产日期:2015年7月14日 (出厂检验日期)	T99-AII	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
163	经穴治疗仪	四川恒明科技开发有限公司	通江县宏鑫医疗器械经营部	生产日期:2017.10.26 出厂编号:31710002054	HM6805-III-6	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
164	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	四川省巴中康庆医疗器械有限公司	生产日期:2016-03 出厂编号: D002L163018563(SN)	SDZ-II型	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
165	手腕式电子血压计	深圳市康贝科技有限公司	四川国峰医药有限公司	生产批号:17101801(生产批号)(外包装底部) 生产日期:20171018(外包装底部) 出厂编号:1709001875(编号)	BP610W	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
166	臂式电子血压计	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	四川省巴中康庆医疗器械有限公司	生产批号:1607(外包装上) 生产日期:2016/07/13(外包装上)2016年07月13日 (合格证上) 出厂编号:160717483(器号) (机身上)	YE620A	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
167	特定电磁波(TDP)治疗器	重庆蕙青医疗器械有限公司	四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司平昌天使广场店	生产日期:2017年12月27日 出厂编号:YQ1712275020 (产品编号)	CQ-10A	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
168	医用压缩式雾化器	东莞市健宝电子科技有限公司	四川省巴中怡和药业连锁有限责任公司平昌天使广场店	生产日期:2016年10月17日 出厂编号:000955(产品流水编号)	CN-C-0101	巴中市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产批号/生产日期/ 出厂编号	规格型号	样品来源	检验机构
169	压缩空气式雾化器	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	泸定县冷碛镇中心卫生院	生产批号:1703-11(外包装) 生产日期:2017/03/31 出厂编号: 1703113225(产品编号)	403C	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
170	7F 系列制氧机	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司	康定市同康大药房	生产日期:2016.03.04 出厂编号:160300294(产品编号)	7F-3DW	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
171	压缩式雾化器	江西晶康宇医疗科技有限公司	泸定县同康大药房	生产日期:2017.03.17(出厂日期) 出厂编号:2017030511(产品编号)	JKY-H-A12	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
172	电子针疗仪	苏州医疗用品厂有限公司	攀枝花市康汇医疗器械有限公司	生产日期:2018-02 出厂编号: D002R182015415(SN)	SDZ- II	攀枝花市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
173	臂式电子血压计	信利仪器(汕尾)有限公司	高新区旺和药店	生产批号:XL17A01168(外包装上)(生产批号) 生产日期:2017-08-21(外包装上)	DB62	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院
174	腕式全自动电子血压计	东莞市福达康实业有限公司	成都市成毅康缘大药房连锁有限公司会龙店	生产批号:1804(外包装上)(生产批号) 生产日期:180425(铭牌) 20180425(外包装上)	FT-A11	成都市食品药品监督管理局	四川省食品药品检验检测院

附件 2

医疗器械抽检项目不符合标准规定产品名单

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
1	脱脂纱布块	河南亚太医疗用品有限公司	内江市市中区妇幼保健院	河南省	生产批号: 331802006 生产日期: 2018年2月2日	型号: II型 规格: 200mm×300mm-4P	内江市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.10 表面活性物质	标准规定: 300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm; 检验数据: 大于2mm(不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
2	医用纱布块	新乡市华康卫材有限公司	中江县中医医院	河南省	生产批号: 20171128 生产日期: 2017年12月2日	型号: I型 规格: 21"×21"/28×28cm×10cm-8p	德阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.10 表面活性物质	标准规定: 300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm; 检验数据: 大于2mm(不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
3	医用纱布敷料	南昌市恒康医疗器械有限公司	达州市达川区南城社区卫生服务中心	江西省	生产批号: 2016年10月8日	型号: A2型 纱布块 规格: 8×108 经纱×纬纱: 21支×21支 经密×纬密: 120根×110根	达州市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.10 表面活性物质	标准规定: 300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm; 检验数据: 大于2mm(不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
4	医用纱布块	新乡市中原卫生材料厂有限责任公司	宣汉县第二人民医院	河南省	生产日期: 2017年5月8日	6×8×8	达州市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.10 表面活性物质	标准规定: 300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm; 检验数据: 大于2mm(不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业（进口代理）所在省份/国家	生产批号/生产日期/出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和检验数据	检验结果	检测机构
5	医用脱脂纱布块	四川蓉康世圣药业有限公司	四川天伦药业有限公司	四川省	生产批号：20170916 生产日期：2017年9月16日	RK/SBK-S(6×8×8)	宜宾市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.2 酸碱度	标准规定：不应有溶液显粉红色； 检验数据：加入酚酞溶液后溶液显粉红色（不符合规定）	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
6	医用脱脂纱布块	新乡市康贝尔医疗科技有限公司	康定市人民医院	河南省	生产批号：17081610 生产日期：2017年8月16日	180×6cm×4层	甘孜藏族自治州食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0331-2006脱脂棉纱布、脱脂棉粘胶混纺纱布的性能要求和试验方法	4.10 表面活性物质	标准规定：300s后供试液表面活性物质泡沫的高度应不超过2mm； 检验数据：大于2mm（不符合规定）	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
7	一次性使用无菌阴道扩张器	重庆鑫亿医疗器械有限公司	西充县义兴中心卫生院	重庆市	生产日期：2017年07月28日	中号B型	南充市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0336-2013一次性使用无菌阴道扩张器	4.4.2 结构强度	标准规定：扩张器扩张至最大档时，施加30N作用力，任何部件不应断裂 检验数据：插销（档位调节杆）断裂脱落。不合格品数：5（不符合规定）	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
8	一次性使用真空采血管	石家庄康卫仕医疗器械有限公司	攀枝花美年大健康科技有限公司体检医院	河北省	生产批号：170725 生产日期：20170725	5ml 玻璃 促凝管	攀枝花市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及YY 0314-2007一次性使用人体静脉血样采集容器	5.1	标准规定：应在公称容量的90%~110%之间，即应为4.5mL~5.5mL； 检验数据：6.4mL~6.5mL（不符合规定）	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
9	医用制氧机	中国·江苏康瑞德医疗器械有限公司	南充和平药房连锁有限责任公司	江苏省	生产批号: 17051701 (外包装上) 生产日期: 2017.5.10 出厂编号: 170517010938 (产品编号)	KSN-3T	南充市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求及 YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容要求和试验	36.201.1 传导发射; 辐射发射	标准规定: 在 150kHz 至 30MHz 范围内, 传导发射应满足标准限值的要求 在 30MHz 至 1GHz 范围内, 辐射发射应满足标准限值的要求 检验数据: 传导发射超标 (不符合规定); 辐射发射超标 (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
10	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	四川大爱科技有限公司	四川省	生产日期: 2018年6月 出厂编号: 008180601301 (产品编号)	DZ-2B	绵阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求及 YY 0505-2012 医用电气设备 第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容要求和试验	15 电压和 (或) 能量的限制; 19 连续漏电流和患者辅助电流	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后 1 秒时测得电压不超过 60V; 检验数据: 最大 121V (不符合规定)。 标准规定: 对地漏电流: 正常状态≤0.5mA 单一故障状态≤1mA; 检验数据: 正常状态: 1.4 mA 单一故障状态: 2 mA (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
11	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	四川大爱科技有限公司	四川省	生产日期: 2018年6月 出厂编号: 008180601331 (产品编号)	DZ-2B	绵阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求及 YY 0505-2012 医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	15 电压和(或)能量的限制; 19 连续漏电流和患者辅助电流	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后 1 秒时测得电压不超过 60V; 检验数据: 最大 105V (不符合规定)。 标准规定: 对地漏电流: 正常状态≤0.5mA 单一故障状态≤1mA; 检验数据: 正常状态: 1.4 mA 单一故障状态: 2 mA (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
12	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	四川大爱科技有限公司	四川省	生产日期: 2018年6月 出厂编号: 008180601321 (产品编号)	DZ-2B	绵阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求及 YY 0505-2012 医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	15 电压和(或)能量的限制; 19 连续漏电流和患者辅助电流	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后 1 秒时测得电压不超过 60V; 检验数据: 最大 121V (不符合规定)。 标准规定: 对地漏电流: 正常状态≤0.5mA 单一故障状态≤1mA; 检验数据: 正常状态: 1.4 mA 单一故障状态: 2 mA (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
13	医用制氧机	四川大爱科技有限公司	四川大爱科技有限公司	四川省	生产日期: 2018年6月 出厂编号: 008180601311 (产品编号)	DZ-2B	绵阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求及 YY 0505-2012 医用电气设备第1-2部分:安全通用要求 并列标准:电磁兼容 要求和试验	15 电压和(或)能量的限制; 19 连续漏电流和患者辅助电流	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后 1 秒时测得电压不超过 60V; 检验数据: 最大 115V (不符合规定)。 标准规定: 对地漏电流: 正常状态≤0.5mA 单一故障状态≤1mA; 检验数据: 正常状态: 1.4 mA 单一故障状态: 2 mA (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
14	红外线治疗器	重庆长乐硅酸盐有限责任公司	自贡市宏达医疗器械有限公司	重庆市	生产日期: 2017/12/01 出厂编号: 171203103 (产品编号)	L-150A	自贡市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及 GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008 热辐射类治疗设备安全专用要求	7 输入功率	应不大于 150W+10%; 178W (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
15	红外线治疗仪	重庆蜀轩医疗器械有限公司	乐山市康洁医疗器械有限公司	重庆市	生产日期: 2017.10 (出厂日期) 出厂编号: 1017100037	CQX-10H	乐山市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及 GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 0306-2008 热辐射类治疗设备安全专用要求	15 电压和(或)能量的限制	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后 1 秒时测得电压不超过 60V; 检验数据: 最大: 300V (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
16	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	自贡市光华医疗器械有限公司	广东省	生产日期: 2015.9.25 (检验日期(合格证上)) 出厂编号: CUT16060010/A12794	HYS-3008	自贡市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求及 YY 0607-2007 医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求	50 工作数据的准确性	标准规定: 50.1 必须配有使刺激器输出幅度值从最小到最大连续可调, 或每一增量不大于1mA 或 1V 断续调节的输出幅度控制器; 检验数据: 非连续可调, 最大增量: 1.3V (r.m.s) /2.6mA (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
17	低中频电子脉冲治疗仪	深圳市好一生电子科技有限公司	攀枝花市康汇医疗器械有限公司	广东省	生产日期: 2015-09-24 (合格证上) 出厂编号: A090189 (SN)	HYS-222	攀枝花市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文、GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分:安全通用要求及 YY 0607-2007 医用电气设备第2部分:神经和肌肉刺激器安全专用要求	56.3 连接—概述	标准规定: c) 与患者发生导电连接的导线应设计成患者远端的连接端的导电连接不应接地或接触可能有的危险电压; 检验数据: 患者远端可触及危险电压 (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院
18	特定电磁波治疗器	重庆蜀轩医疗器械有限公司	绵阳科伦大药房连锁有限公司连锁七店	重庆市	生产日期: 2017.05(出厂日期) 出厂编号: 2817050116	CQX-28D	绵阳市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及 GB 9706.1-2007 医用电气设备第1部分: 安全通用要求、YY 0306-2008 热辐射类治疗设备安全专用要求	15 电压和(或)能量的限制	标准规定: b) 用插头与供电网连接的设备, 在拔断电源插头后1秒时测得电压不超过60V; 检验数据: 最大: 290V (不符合规定)	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

序号	标示产品名称	标示生产企业	被抽样单位	生产企业 (进口代理) 所在省份/国家	生产批号/ 生产日期/ 出厂编号	规格/型号	检品来源	检验依据	不合格项目	不合格项目的标准规定和 检验数据	检验结果	检测机构
19	超声脉冲电导治疗仪	河南三浪医疗新技术有限公司	四川天煜生物工程有限公司	河南省	生产日期: 2018年01月26日 出厂编号: 180105104(编号)	SLC-005	遂宁市食品药品监督管理局	川食药监办〔2018〕114号文及GB 9706.1-2007 医用电气设备 第1部分:安全通用要求、YY 1090-2009 超声理疗设备、YZB/豫0017-2007	注册产品标准: YZB/豫0017-2007中YY1090-2009中4.8.1 外部标记、7.2 超声-震动治疗头上应有下列标志、4.8.2 数据公布	4.8.1 标准规定: 4.8.1.1 主机标记-主机上应有下列标识: a) 以 MHz 为单位的声工作频率 (低于 1MHz 时以 KHz 为单位); b) 波形 (连续波、调幅波或脉冲波); d) 唯一性的系列号 检验数据: 无 a)、b)、d) 的标识 (不符合规定) 7.2 标准规定: a) 额定输出功率 b) 有限辐射面积 c) 波束不均匀性系数 d) 波束类型 e) 唯一性的系列号 检验数据: 无 a)、b)、c)、d)、e) 的标识 (不符合规定) 4.8.2 标准规定: 制造商应在随机文件中公布下列参数的标称值: a) 每一个治疗头或附加头的额定输出功率、有效辐射面积、波束不均匀性系数 RBN、波束类型、波束最大声强; 检验数据: 随机文件中均无相应内容 (不符合规定)。	不符合规定	四川省食品药品检验检测院

抄送：各市（州）食品药品监督管理局，省食品药品稽查总队，省食品药品检验检测院。
